

ACLARACIONES A CONSULTAS N° 3
LICITACIÓN PRIVADA INTERNACIONAL N° 03/2017 - PROVISIÓN DE UN
LABORATORIO DE BIOSEGURIDAD BSL 3 – TIPO MODULAR.-

Asunción, 17 de mayo de 2017

Estimados oferentes:

A continuación se remiten las respuestas a consultas realizadas por oferentes.

Consulta N° 1 En las especificaciones requieren una huella de 9 m x 8 m para el laboratorio. Esto no aplica para contenedores estándares refrigerados que normalmente son de 12,2 m de longitud. ¿Sería posible proponer una configuración usando contenedores de longitud estándar? No es claro en el plano del sitio si existe o no suficiente espacio en el sitio propuesto

Respuesta: Sí es posible. El terreno tiene suficiente espacio.