

## ADENDA N° 01

Con relación al Llamado a Concurso N° 01/2019 para la "Adquisición de equipos varios para Laboratorio", financiado por el Fondo Mundial de Lucha contra la Tuberculosis el Sida y la Malaria.

Por la presente comunicamos a todos los oferentes las modificaciones respuestas a las consultas realizadas en el marco del Llamado N°01/2019.

### 1- Consulta:

#### Ítem N° 1: Cabinas de Bioseguridad Clase II Tipo A2

Consulta N° 1 Se solicita el equipo con un ancho máximo exterior de 1,20 – 1,25 m  
Podemos ofertar el equipo con un ancho exterior de 1,383 m?

Respuesta: Si se puede ofertar una Cabina con un ancho de 1,383 m

### 2- Consulta N° 2

**Respuesta:** Debe tener certificación o sea Estándar NSF/49

#### Ítem N° 2: Estufas de Cultivo

3- **Consulta N° 3:** Podemos ofertar un equipo con una 1 puerta.

**Respuesta:** Se necesita que las Estufas tengan 2 Puertas

4- **Consulta N° 4:** Podemos Ofertar el equipo con capacidad de 160 litros?

**Respuesta:** La estufa solicitada es de 175 litros

5- **Consulta N° 5:** Podemos ofertar equipo con una temperatura máxima de 65 C que es una temperatura estándar máxima más razonable para una estufa de cultivo?

**Respuesta:** Si pueden ofertar con temperatura de 65°

#### Ítem N° 2: Vortex

6- **Consulta N° 6:** Podemos ofertar el equipo con velocidad ajustable entre 0 a 2.500. rpm?

**Respuesta:** puede ser de 0 a 2500 rpm

Asunción, 05 de Agosto de 2019

