

ADENDA Nº 02

Con relación al Llamado a Concurso Nº 01/2019 para la "Adquisición de equipos varios para Laboratorio", financiado por el Fondo Mundial de Lucha contra la Tuberculosis el Sida y la Malaria.

Por la presente comunicamos a todos los oferentes las modificaciones respuestas a las consultas realizadas en el marco del Llamado N°01/2019.

ITEM 2. Estufa.

Pregunta Nº 1: Es posible ofertar una estufa con mayor capacidad a las solicitada de 175 Litros, en este caso sería de 222 Litros, ya que los volúmenes son específicos de cada fabricante.

-Podemos ofertar una estufa con 1 Puerta externa y otra interna, se solicita de dos puertas, este punto es muy específico de cada fabricante.

Respuesta Nº 1:

Si es posible ofertar una estufa con mayor capacidad a la solicitada de 175 Litros, que sería de 222 Litros.

Si es posible ofertar una estufa con 1 puerta externa y otra interna.

ITEM 3. Autoclave.

Pregunta Nº 2 : Es posible ofertar un autoclave con capacidad de 80 Litros y rango de temperatura de 50 a 134°C.

Respuesta Nº 2

Si es posible ofertar un autoclave con capacidad de 80 Litros y rango de temperatura de 50 a 134° C.

ÍTEM 4. Agitador Vortex.

Pregunta Nº 3: Podemos ofertar un agitador con velocidad hasta 2.800 RPM y 4.2 mm de diámetro orbital?

Respuesta Nº 3:

Si es posible ofertar un agitador con velocidad hasta 2.800RPM y 4.2 mm de diámetro orbital.

Asunción, 05 de Agosto de 2019

