



Asunción, 10 de Agosto del 2020

Señores
Oferentes
Presente

ADENDA N° 01

Me dirijo a ustedes con relación al llamado N° 01/2020 para la Adquisición de dos Cabinas de Bioseguridad clase II Tipo A2 – LICITACIÓN AD REFERENDUM, en el marco del PROYECTO: PRY – T - AV “Atención integral con compromiso intersectorial hacia la eliminación de la TB en Paraguay” - Financiado por el Fondo Mundial, a fin de informar que se realizó la siguiente consulta:

1. PREGUNTA N° 1:

En el punto medidas del laboratorio “**Debe cumplir con las siguientes medidas, acordes al espacio disponible del laboratorio: 1,20 – 1,25 m.**”, por favor especificar si estas medidas corresponden a la altura, al ancho o a lo profundo y si corresponderán a los dos lugares en que se van a instalar las cabinas.

Respuesta: Se detallan medidas de la cabina

Profundo: 77 cm

Altura: 2.52 cm (incluido el extractor de aire y base)

Ancho: 1.25 cm



CP. Lilian Peralta
Encargada de Contrataciones y Adquisiciones
Alter Vida

