



Asunción, 14 de agosto del 2020

Señores
Oferentes
Presente

ADENDA N° 03

Me dirijo a ustedes con relación al llamado N° 01/2020 para la Adquisición de dos Cabinas de Bioseguridad clase II Tipo A2 – LICITACIÓN AD REFERENDUM, en el marco del PROYECTO: PRY - T - AV “Atención integral con compromiso intersectorial hacia la eliminación de la TB en Paraguay” - Financiado por el Fondo Mundial, a fin de informar que se realizó la siguiente consulta:

1. PREGUNTA N° 1:

En el punto medidas del laboratorio “**Debe cumplir con las siguientes medidas, acordes al espacio disponible del laboratorio: 1,20 – 1,25 m.**”, por favor especificar si estas medidas corresponden a la altura, al ancho o a lo profundo y si corresponderán a los dos lugares en que se van a instalar las cabinas.

Respuesta:

Medidas de la cabina de bioseguridad:

Profundo: 77 cm, como mínimo

Altura: 252 cm (incluido el extractor de aire y base), como mínimo

Ancho: 125 cm, como mínimo

2. PREGUNTA N° 2:

¿Se pueden presentar dos opciones de precio y plazo de entrega, por vía marítima y vía aérea?

Respuesta

Sí, se pueden presentar las dos opciones, vía marítima y vía aérea. En caso de hacerlo, llenar dos formularios de propuesta económica y dos planillas de precios, indicando en cada caso los plazos de entrega.

